

Brugermanual

CompressionAid

BRUGERMANUAL – CompressionAid – DK Version. 6

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

Indhold

1. Forord 3
1.1 Elektronisk version 3
2. Mærkning af udstyret 4
3. Tekniske specifikationer 4
3.1 Tekniske specifikationer 4
4. Vejledning 5
5. Vedligeholdelse 7
5.1 Rengøring 7
5.2 Vask i automatisk vaskehal 7
5.3 Løbende eftersyn 7
6. Reklamationsret 7

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

1. Forord

Til lykke med din nye CompressionAid-produkt.

Dette er en original brugermanual til din CompressionAid-produkt. I det efterfølgende anvender vi betegnelsen Produkt for CompressionAid, hvis ikke andet specifikt er anført.



Det er vigtigt, at du gennemlæser manualen, før produktet tages i brug.

CompressionAid er et ergonomisk hjælperedskab, som kan hjælpe sundhedspersonalet til at lette arbejdsgange i forbindelse med påsætning af kompressionsstrømper, samt fod og ben pleje. Produktet kan indstilles til alle ved hjælp af komfortrullerne og derved afhjælpning i forbindelse med kompressionsstrømpe påsætning.

1.1 Elektronisk version

Brugermanualen samt øvrige oplysninger om CompressionAid kan ses på www.danrehab.dk

Scan QR-koden og find brugermanualen.

2. Mærkning af udstyret

	=	Producent af pågældende produkt.
Danrehab A/S Tlf. 86447355 DK-7160 Tørring	=	Producentens navn, tlf.nr. og adresse.
	=	Produktet opfylder alle krav til CE-mærkning.
CompressionAid (HMI-nr. 136861	=	Produktidentitet (handelsnavn og HMI-nr.)
	=	Serienummer for det pågældende produkt.
	=	QR-kode (fører til yderligere info om produktet)

3. Tekniske specifikationer

3.1 Tekniske specifikationer

Egenvægt: 2,3 kg

Materialer:

- Selve pladen er lavet i kompaktlaminat
- De sorte komfortruller er lavet i PUR
- De sorte rør der holder komfortrullerne er lavet i POM

Forbehold for tekniske modifikationer.

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

4. Vejledning



CompressionAid er til alle:

Du kan ændre og indstille komfortrullerne (op/ned og vandret) til den enkelte borger.

Brug en unbrakonøgle str.4 til at indstille den.

1)
Placer en hånd i knæhasen og en omkring foden.

2)
Benet bøjes ca. 90 gr. Ved let glidende bevægelse af foden.

3)
Rullepladen føres ind under benet.

4)
Den højeste rulle skal være placeret under knæhasen.

5)
Strømpen påført, et på- og aftagningsudstyr
(eks. Doff n' donner)
placeres ved borgerens fod.



6)
Strømpen rulles stille og roligt op ad.

7)
Strømpen føres let hen over rullerne, bemærk kan gøres uden at løfte borgerens ben.

8)
Et på – og aftagnings udstyr (eks. Doff n' donner) rulles af borgerens ben, uden at løfte benet.

9)
Benet bøjes igen op til ca. 90 gr.

10)
Rullepladen trækkes forsigtigt ud.

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

5. Vedligeholdelse

5.1 Rengøring

CompressionAid bør af hygiejniske grunde, jævnligt blive rengjort med desinficerende produkter og tåler fint rengøring med rindende vand. CompressionAid kan desinficeres ved at bruge nedenstående anbefalede desinfektionsprodukter:

- Hydrogen Peroxide Aq. 1,0% (max.) (fortyndet Brintoverilte)
- Ethanol baserede produkter 70-85 v/v%. alkohol
- Sæbeopløsninger PH-værdi max. 9

Der må IKKE anvendes højtryksrenser eller anden form for højtryksspul, da det kan forårsage permanent skade på stolen.

5.2 Vask i automatisk vaskehal

Vask i automatisk vaskehal er tilladt. Det tilrådes at vaske med ca. 55-60 grader og 5 bar tryk på maskinen.

5.3 Løbende eftersyn

Produktet kræver et minimum af vedligeholdelse, dog anbefales daglig iagttagelse af produktets tilstand. Nedenstående punkter bør gennemgås dagligt før ibrugtagning.

- Kontrollér jævnligt alle skruer, om de evt. har løsnet sig.
- Kontrollér at komfortrullerne er intakte.

6. Reklamationsret

Reklamationsretten dækker i henhold til de til enhver tid gældende regler vedr. reklamationsret.
Se mere herom i salgs- og leveringsbetingelserne, som findes på vores hjemmeside:

OBS:
Reklamationsretten kan bortfalde, hvis de anbefalede eftersyn ikke udføres, eller hvis produktet bliver anvendt til ikke tilsigtet brug. Samt ved anvendelse af ikke originale reservedele jf. reservedelsoversigten.

Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt.
Kontakt venligst dit lokale genbrugssted for vejledning, hvis det er nødvendigt.

www.danrehab.dk

CE

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk