1. Forord

Dette er en original Quick Guide til TransferAid, det er vigtigt at den fulde brugermanual gennemlæses inden ibrugtagning. Denne Quick Guide er alene til brug for genopfriskning af produktets basale funktioner.

2. Ladning af TransferAid

TransferAid skal lades i min. 6 timer inden første ibrugtagning.
Det anbefales at lade TransferAid hver dag/nat for at sikre produktet er opladt og klar til brug.

Indikatoren lyser kun, når produktet er tændt. Produktet tændes automatisk ved tryk på "ON" eller en af piletasterne.

OPLADNING MÅ IKKE FORETAGES:

a. I vådrum.
b. Hvis produktet er vådt.
c. I forbindelse med brug af produktet (kan ikke køre, når det er tilsluttet 230V stikkontakt).

TransferAid skal lades i min. 6 timer inden den tages i brug!

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

3. Betjening af TransferAid

For at tænde TransferAid, tryk på "ON" tasten eller OP/NED piletasterne på betjeningspanelet. Kontroller, at TransferAid er opladet før brug.



Nødstop nede
= deaktiveret.

Nødstop oppe
= aktiveret.

4. Nødstop

I tilfælde af utilsigtet kørsel eller enhver anden form for fare kan nødstoppet bruges. Når stopknappen trykkes, deaktiveres positionen og hele systemet kan ikke køre. For at genaktivere systemet drejes stopknappen mod højre.